

# Novaplus T380 Ag


Codes ACL - MINI : 9712021 ; NORMAL : 9712015 ; MAXI : 9712009

## Description

Dispositif intra-utérin avec une structure en forme particulière de « Y » qui s'insère totalement au sein de la canule en tirant sur les fils.

Fournit avec une spirale de fil de cuivre de 380 mm<sup>2</sup> et un noyau d'argent.

*Contraceptif. Produit stérile et à usage unique.*



## Caractéristiques techniques

COMPOSANTS	COMPOSITION	DIMENSIONS			
		Ref.	Modèle	Largeur	Longueur
Structure DIU	Polyéthylène	9712015	Normal	31 mm	33 mm
		9712021	Mini	24 mm	30,5 mm
		9712009	Maxi	36,5 mm	38 mm
Fil de cuivre	Pureté cuivre > 99,99%	Diamètre	Longueur	Surface	Diamètre Argent
		0,4 mm	302 mm	380 mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Fil de retrait	Polyéthylène	Diamètre 0,25 mm - Longueur 280 x 2 mm			
Tube d'insertion	Polypropylène	Diamètre 2 mm - Longueur 200 mm			
Canule d'insertion	Polyéthylène	Diamètre extérieur 3,8 mm - Longueur 195 mm			
Jauge du haut	Silicone et Polypropylène	Largeur 7,9mm - Longueur 12,7 mm - Hauteur 6,6 mm			

### Système de stérilisation

Oxyde d'éthylène

### Système d'insertion

Par expulsion du DIU de la canule à l'utérus grâce au tube d'insertion.

### Emballage

Sachet individuel

### Temps « en place » recommandé

5 ans